


Legionella agar (základ)Pro selektivní kultivaci bakterií *Legionella***Technické parametry**

Certifikáty:	ISO 11731-2
pH:	6,9 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g kvasničného extraktu; 2 g aktivního uhlí; 13 g agaru
Aplikace:	2,5 g na 90 ml agaru po vyklávkování přidat ampuli (10 ml) rekonstituovaného Legionella Growth Supplementu (R.CL49.1) v případě potřeby ještě 1 ml rekonstituovaného Legionella GVCP Supplementu (R.CL50.1)

*Legionella pneumophila*

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CL48.1

Synonymum: BCYE-Agar (Base), GVCP-Agar (Base)